



## **Stellungnahme der Firma Zimmer zu Medienberichten über angeblich „fehlerhafte“ Hüftprothesen**

In einem aktuellen Artikel der Badischen Zeitung vom 5. August 2009 wurde berichtet, dass im Freiburger Loretto Krankenhaus „fehlerhafte“ Hüftgelenke der Firma Zimmer implantiert wurden. Zimmer nimmt hierzu wie folgt Stellung:

An allererster Stelle steht für uns die Sicherheit und Gesundheit der Patienten, die unsere Produkte erhalten. Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand sind wir weiterhin von der Sicherheit und Wirksamkeit des im Artikel bezeichneten Hüftsystems überzeugt.

Seit Zimmer im März 2009 von dem Freiburger Loretto Krankenhaus über vermeintliche Probleme bei den Hüftsystemen informiert wurde, ist Zimmer zur weiteren Abklärung verschiedentlich in Kontakt mit Dr. Rütschi gewesen. Zimmer hat umgehend eine umfassende Untersuchung der Produktkomponenten initiiert, die noch nicht abgeschlossen ist. In diesem Zusammenhang wurden auch der Produktionsprozess überprüft und repräsentative Chargen untersucht.

Die untersuchten Komponenten wurden entsprechend den Produktspezifikationen hergestellt und es gibt bislang keinerlei Hinweise darauf, dass die angeblichen Beobachtungen auf Fabrikationsprobleme zurückzuführen sind. Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand sind die Produkte daher entgegen den Behauptungen des Artikels fehlerfrei. Dementsprechend hat Zimmer auch, anders als im Artikel behauptet, zu keinem Zeitpunkt Ungenauigkeiten bei der Produktion eingeräumt.

Im übrigen ist klarzustellen, dass es sich bei den in der genannten Klinik eingesetzten Produkten nicht wie berichtet um ein „Duram Tep“ sondern um ein komplettes Hüftsystem, bestehend aus Hüftschaft, Großkugelkopf (*Metasul<sup>®</sup> LDH<sup>®</sup>*) und Pfanne (*Durom<sup>®</sup>*) handelt. Wie fälschlicherweise behauptet, beziehen sich die vermeintlichen Probleme nicht auf die Hüft-Pfanne „Durom“, sondern auf die Verbindung zwischen Hüftschaft und Großkugelkopf (Konusverbindung).

Wir werden weiterhin intensiv an der Aufklärung der vermeintlichen Auffälligkeiten arbeiten.

Zimmer hat eine Hotline geschaltet, unter der Patienten weitere Informationen erhalten können. Sie ist wochentags von 9.00-17.00 Uhr unter folgender Nummer erreichbar: 0180 / 2003 111.